OXIPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Codigo: GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 — Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión	16-02-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JOVIER AGUDELO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-1365 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Kl. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			PROCTETOR DISPLAY DESVASTE			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	Pila (20 Hrs)	"Flujo a 0" (0.0-0.5)	RUELLAS (20 Hrs)	FILTROS (20 Hrs)	BASE (20 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (20 Hrs)	OBSERVACIONES
	29417	65	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Normal		Con Sobrecalentamiento	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica [illegible]	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se aguda o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	BASE	1			
	Kit - m TAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma [illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación [illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión [illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observa [illegible]	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (20 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (20 Hrs)	Pila (20 Hrs)	"Flujo a 0" (0.0-0.5)	RUELLAS (20 Hrs)	FILTROS (20 Hrs)	BASE (20 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (50 - 60)	MANIJA (50 - 60)	RUEDAS (20 Hrs)	OBSERVACIONES
	29419	64	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO