OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	16-02-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JONIER ROJERO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-595B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

INFORME REPORTADO CERRADO DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	No. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			REMACHE POP Y VELCRO	1		Si		No	
			PROCTOOR DISPLAY DESVASTC	1		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES EFECTUADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pita (5l-6m)	"Flujo = 0" (5l-6m)	REJILLAS (5l - 6m)	FILTROS (5l - 6m)	BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	BANDEJA (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	25549	65	95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Si - No			Con Sobrecalentamiento		

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pita S.S. V	Verifica voltaje de la pita	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es apto o fuerte	SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROCTOR DISPLAY	1		KIT TANDA OXIGENO.	1
	FILTRO de AIRE INTERNO	1		KIT VALVULAS de CICLOS	1
	Kit- M JARRES	1		KIT MANGRA A TUBO REFRIGERACION	1

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarma (Led - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED amarillo y (Led-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tirada de Flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de valvula de aire	Cierre manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 98%)	FLUJOMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	Pita (5l-6m)	"Flujo = 0" (5l-6m)	REJILLAS (5l - 6m)	FILTROS (5l - 6m)	BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	BANDEJA (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
	25550	65	95.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO