ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 16-02-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Javier Ayudelo | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-1119 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION		CANTIDAD					
			FILTRO CENTRAL	FAL	1		SI		NO	
			FILTRO LATERAL	FAL	2		SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	
							SI		NO	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITY:

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (M - MO)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (M - MO)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	16998.66	94.6	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Limpieza General

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5 ft. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro de Aire Interno	7			
	Kit - M - TAMICES	3			
	Kit TANQUE Oxigeno	3			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
	Flujo = 0 (Cierre fluidmatic)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de Flujo	Desconectar linea eléctrica	SI
4	Activacion de valvula de aire	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6- 7 PSI)	OXIGENO (92% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l-Min)	FILTROS (5l-Min)	BASE (5l-Min)	CODIGO DE BARRAS: BASE (M - MO)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (M - MO)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	17002	64	95	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	

FIRMA MANTENIMIENTO: