OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	17-08-24	Remisión #			Jonier Aguirre	No. Orden	

Codigo Equipo	NN-894B	Fecha Inicio		Hora Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO		REPUESTO CAMBIADO			
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	
				Si		No	

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(5-7 PSI)	(88% - 95%)		Desconexión		Flujo = 0							
14970	6	95.9	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba					
2. RUIDO EXTRAÑO	Si	No	3. ESTADO DE	Buenos	Malos	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	

3. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V		SI
2	Prueba de flujo		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4	Conexión		SI
5	Prueba de alarma		SI
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		SI
2	Flujo Mínimo		SI
3	Desconexión eléctrica		SI
4	Desconexión		SI
5	Activación de		SI
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento

HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
(Hrs)	(5-7 PSI)	(88% - 95%)		Desconexión	Flujo								
14974	6	95.5	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	