



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-MAN-FR-009
Version: 2
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 20-0224 Revisión # Auxiliar Mantenimiento: JUNIER AYOALIC No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-3184 B Fecha Inicio Hora Inicio Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPARAR, REPARATO CAMBIADO. Rows include: FILTRO LACTALES FAL 2, FILTRO CENTRAL FAL 7.

DETALLE DE LOS DAÑOS POR PACIENTE
Limpieza General

En Mantenimiento: HIDROMETRO, PRESION, CODIGO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 13730, 6.6, 942, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila S.S.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma, etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows include: Kit M TAMIZES, Kit TANQUE OXIGENO, FILTRO DE AIRE INTERNO.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0 (Cierre Regulador), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc.

En Mantenimiento: HIDROMETRO, PRESION, CODIGO, FLOJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 13733, 63, 930, 51, 51, 51, ES, 51, 51, 51, 51, 51, 51.