



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAC-MAN-FR-028  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 21-02-20  
Remisión a: [ ] Auxiliar Mantenedor: JONIER ROSA DE LO No. Orden: [ ]

Identificación del Equipo: Código Equipo: MN-1454B Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

Equipo contaminado por posible plaga: SI [ ] NO [ ] Fecha Inicio Aislamiento: [ ] Fecha Fin Aislamiento: [ ]

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, OBSERVACIONES. Includes a section for 'MATERIALES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE' with handwritten text 'LIMPIEZA GENERAL'.

Main maintenance table with columns: HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a D), REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 'En Mantenimiento' and various test results.

Table with columns: No., Pruebas, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado: [ ]

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: PILA, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Pila = 0 (Cierre fugatorio)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión manual de fuga', 'Activación de válvula de alarm'.

Summary table with columns: HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.