OXPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO
		Código: GAO-MAN-FR-009
		Versión: 3 · Fecha Actualización: 17/10/2019
		Página 1 de 2

Fecha Remisión	16-02-24	Técnico	Jonier Agudelo	No. Orden	

Código Equipo	NN-2356B	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SÍNTOMA REPORTADO / OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE		REPUESTO CAMBIADO	
			Rejilla central desgaste 1	Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No
				Si	No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FILTRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)											
17920	6.6831	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO					
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	7. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno / Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno / Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Fuga en manguera a tubo refrigeración Pureza 91.8 3

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Salida Flujo		SI
2	Prueba de Fugas		SI
3	Conexión eléctrica		SI
4	Conexión de válvulas		SI
5	Prueba de alarma		SI
	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit valvulas jesicios	1	Tamizes	2
	Kit M-Tamizes	1		
	Kit tanque oxigeno	1		

No.	Prueba / Si no/otros	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cero fugas)		SI
2		verifica se	SI
3			SI
4			SI
5			SI
	Otros		
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CAUDAL	FILTRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(6-7 PSI)											
17923	6.6952	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		