

Fecha Recepción: **20-02-24** Revisión: # Auditor Mantenimiento: **JANICER AGUDELO** No. Orden: #

Código Sujeto: **NN-2278 B** Fecha Inicio: # Hora Inicio Labor: # Fecha Fin: #

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: # FECHA FIN AISLAMIENTO: #

TALLA	TIPO	CLASE UNID.	CANTIDAD	REQUERIDO	REQUERIDO DADO
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

OPORTUNIDAD ADICIONAL DADO POR PAGARTE: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flip a S"					RELLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
8827	6.6	93.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba															
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Malo				
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	FUGA EN VALVULAS DE SICLOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena						Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 9.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	TARJETA FIJO		7		

No.	Prueba y Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre Sujeto)	Se verifica activación de alarmas (LI - LI - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI,LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de señal de alerta	Otorgar margen de alerta de señal de conexión	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila		"Flip a S"					RELLAS	FILTROS	BASE
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)						
8827	64	94.0	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

8829