



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SADM-MAN-FR-009  
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 22-02-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: Jovier Adujelo No. Orden

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN 38278 Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: PLAGA, DAÑO, DESCRIPCIÓN, CONTAMINADO, CONTAMINADO, RESULTADO. Includes a vertical label 'INFORMACIÓN DE CONTAMINACIÓN Y OPERACIÓN DEL EQUIPO' on the left.

DETALLES ADICIONALES DADO POR PACIENTE: Limpieza General

Main diagnostic table with columns: Pruebas de alarma (Desconexión, Pila, Flujo a 0), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and a note 'PUREZA 7.89'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists parts like 'Kit m-TAMIZES', 'Kit TANQUE OXIGENO', 'Kit VALVULAS JESUCIOS'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0 (Cierre bujías)', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión línea de tubo', 'Activación de válvula de aire'.

Summary table with columns: Pruebas de alarma, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and a note 'PRIMA MANTENIMIENTO'.

11