



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GAD-444H-PR-003  
Versión 2  
Fecha Actualización: 17/10/2018  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 26-02-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: JONIER DYNDELIC No. Orden [ ]

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: FFSSE2019070315 Fecha Inicio [ ] Hora Inicio Labor [ ] Fecha Fin [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA

PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
REJILLA CENTRAL DESYASTE				
REMACHE POP Y BICICRO				

DETALLE DE LA EVALUACION POR FACILITADOR  
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento

HIDROMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BARRA	MANGA		
				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
4615	6.6	94.8	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba [ ] Generó Alarma: No [ ] Si [ ] Cuel? [ ]

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] No [ ]

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [ ] Malas [ ]

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [ ] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS [ ]

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES [ ]

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno [ ] Con Sobrecalentamiento [ ]

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - EE)	SI
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EE)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento

HIDROMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
				Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BARRA	MANGA		
				(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)	(SI-NO)		
4617	65	943	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA MANTENIMIENTO	