ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	27-02-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	JORGE ANDRES	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN 3923 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID REPUESTO	RESUELTO		GARANTIA	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-9ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-9ls)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL0-E5)	REBILLAS (5l - 9ls)	FILTROS (5l - 9ls)	BASE (5l - 9ls)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9ls)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l - 9ls)	RUEDAS (5l-9ls)	OBSERVACIONES
	14558	6.6	93	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S1
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - L2 - E5)	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-L2-E5)	S1
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	S1
5	Activacion de valvula de alivio	Observar mangueras no salida de aire de compresor	S1
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5-7 PSI)	OXIGENO (92% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-9ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-9ls)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-9ls)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LL0-E5)	REBILLAS (5l - 9ls)	FILTROS (5l - 9ls)	BASE (5l - 9ls)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 9ls)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGUERA (5l - 9ls)	RUEDAS (5l-9ls)	OBSERVACIONES
	14562	6.4	93.4	5l	5l	5l	E5	5l	5l	5l	5l	5l	5l	

FIRMA MANTENIMIENTO