

Fecha Revisión: **01-02-24** Revisión #
 Área/Mantenimiento: **JONIER AGUIRRE** No. Orden:
 Código Equipo: **11N-782 B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PAUSA	USADO	CLASIFICADO	DESCRIPCION	CAUSADO	REPARADO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				10-10	10-10	10-10		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		

1. OCLAGO: Tiempo de la prueba: Generó alarma: No / Si / Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si / No / 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena / Mala / 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena / Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **LIMPIEZA GENERAL**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena / Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CARGO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				10-10	10-10	10-10		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)		

1628464952 SI SI SI FS SI SI SI SI SI SI FIRMA MANTENIMIENTO