

Fecha Remisión: **01-02-24** Remisión a: **JONIER AGUDELO** Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden: \_\_\_\_\_

Código Equip: **NN-23 27 B** Fecha Inicio: \_\_\_\_\_ Hora Inicio Labor: \_\_\_\_\_ Fecha Fin: \_\_\_\_\_

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FALSA	VERDADERA				
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No
					SI No

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (L-1)			"Flujo a 0"			BOMBILLAS (L-1)	FLECHAS (L-1)	BASE (L-1)				BARRA (L-1)	BARRA (L-2)	RUEDA (L-1)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)									
	150956.6	6948	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51					
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Genera Alarma		SI	Cuel?											
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	<b>FUJA EN MANGERA A TUBO REFRIGERACION</b>																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: \_\_\_\_\_

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre válvulas)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) (L1, L2, L3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de flujo	Desconecta línea electrónica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de concentrador	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÍMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión (L-1)			"Flujo a 0"			BOMBILLAS (L-1)	FLECHAS (L-1)	BASE (L-1)				BARRA (L-1)	BARRA (L-2)	RUEDA (L-1)
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)									
	15098	65948	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	PRIMA MANTENIMIENTO				