



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-AMM-FB-006  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 03-01-24  
Artículo #  
Asesor Mantenimiento: JONICK AGUIELO  
No. Orden

Código Equip: NN-479 B  
Fecha Inicio  
Hora Inicio Labor  
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FILTRO INTERNO DE AIRE				7	
		SI			No
		SI			No
		SI			No
		SI			No
		SI			No
		SI			No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 5"				SI-NO	SI-NO	SI-NO		
	2200	76.6	948	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Malu	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN MANGERA A TUBO REFRIGERACION													
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	SUWICH DE ENCENDIDO	1		TORNILLO DE LA	1
	PROTECTOR DISPLAY	1		JUNTA HELECTICA ANILLOS	2
	KIT TANQUE OXIGENO	1		KIT TAMICES	1

No.	Prueba / Descripción	Descripción	Resultado
1	Pila # 8 (Cerve Fumantes)	Se verifica activación de alarmas (SL - LD - ES)	SI
2	Pila Medida	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) (1-1.5-43)	SI
3	Operación eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión línea de fuga	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		SI
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Descripción	Pila	"Flujo a 5"				SI-NO	SI-NO	SI-NO		

FIN DE MANTENIMIENTO