



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 BAO-MAN-FR-008  
 Versión 2  
 Fecha Actualización: 17/10/2019  
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: 03-01-24  
 Remisión #:  
 Auxiliar Mantenimiento: **JONICER AROBIO**  
 No. Orden:

Código Equip: **NN-2917 B**  
 Fecha Inicio:  
 Hora Inicio Labor:  
 Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	SI	NO	SI	NO
		SI	NO	SI	NO
		SI	NO	SI	NO
		SI	NO	SI	NO
		SI	NO	SI	NO
		SI	NO	SI	NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					DESCRIPCIÓN	PILA	"FLUJO a 0"				BASE	RUEDAS	RUEDAS		
	166692367	94.8	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. DICHAO		Tiempo de la prueba		Conect. Alarma		No		SI		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		LIMPIEZA GENERAL													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	FILTRO DE AIRE INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
	Fuga a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L1 - 03)	
1	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y 5.5-LO-03)	SI
1	Conexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
1	Conexión electrónica	Desconecta línea eléctrica	SI
2	Alimentación de alarma de alarma	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
3	Otro:		
4	Otro:		
5	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CONSUMO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					DESCRIPCIÓN			BOMBILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	
					DESCRIPCIÓN	PILA	"FLUJO a 0"				BASE	RUEDAS	RUEDAS		
	166710966	94.8	SI		SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

166710966 94.8 SI SI SI ES SI SI SI SI SI SI  
 FIRMA MANTENIMIENTO