ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	4-01-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier PADRIGO	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	MN-4175	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	CAUSA	CLASIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	TIEMPO	ESTADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES/CARGOS POR FACTURA

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(Hrs)	(5- 7 PSI)	(90% - 99%)	(5l-4m)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	11376	65	95	3	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	S	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	
4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	LIMPIEZA GENERAL								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
0	Flujo = 0 (Cierre Rotámetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LI - ES)	
1	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	
2	Desconexión electrica	Activación alarma sonora	
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea eléctrica	
4	Activacion de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
5	Otros:		
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				BASE	MANIJA		
	(Hrs)	(5- 7 PSI)	(90% - 99%)	(5l-4m)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	11378	66	95	3	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO