



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAC-AMM-FR-028
Versión: 3 Fecha Actualización: 17/02/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 5-1-24 Revisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: JONIER AZUARO No. Orden: _____

Código Equipo: NN-3461B Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORDENNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEJAS	CODIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	RUEJAS					
					(S-1)	(S-2)	(S-3)						(S-1)	(S-2)				(S-3)
196906	66	840	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	51		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: _____

2. RUIDO EXTRAÑO: Si No

3. ESTADO DE MANGUERAS: Buena Mala

4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Buena Mala

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULA DE CICLOS PURGA 7.84

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: _____

7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 3.5 V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si se agota o suena	51
6	Circ.		
7	Circ.		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	TAMIZES	2			
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Fuga a 0 (Cierre Automático)	Se verifica activador de alarmas (LL-1, 2 - ES)	51
2	Fuga Manro	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-1, 2-ES))	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión de fuga de fugas	Desconexión línea eléctrica	51
5	Activación de válvula de aire	Obtención manguera de salida de aire de compresor	51
6	Circ.		
7	Circ.		
8	Circ.		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESION	ORDENNO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUEJAS	CODIGO DE BARRAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Pila	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	RUEJAS					
					(S-1)	(S-2)	(S-3)						(S-1)	(S-2)				(S-3)
19696	66	951	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	FRMA MANTENIMIENTO		