

Fecha Remisión: **5-1-24** Remisión a: **JONIER AROBATO** No. Orden: **213986**  
 Código Equipo: **NN-3330 B** Fecha Inicio: **1/5/24** Hora Inicio Labor: **7:00** Fecha Fin: **1/5/24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA					
FILTRO CENTRAL				1/5/24	7

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES	
					Descripción			VIELAS	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			
					SI-NO	PLA	"Flujo a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO		SI-NO		
213986	6.6	95.1	5.1	5.1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No		SI								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Suero		Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																	
7. CONTROL DE TEMPERATURA											Buena		Con Sobrecalentamiento				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLOS	2		KIT M-TANQUES	1
	TORNILLOS VIELAS	2		KIT M-TANQUE OXIGENO	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL-LS-ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo y LL LO ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de cierre	Cerrar manguera de salida de aire ex. compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES
					Descripción			VIELAS	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		
					SI-NO	PLA	"Flujo a 0"				SI-NO	SI-NO	SI-NO		SI-NO	
213986	942	5.1	5.1	5.1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TRABA MANTENIMIENTO