ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXÜPro

FORMATO	
Código	SAD-MAN-FR-000
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER AGUDELO | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4296 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

INVENTARIO DE REPUESTOS SUMINISTRADOS

FALTA	DAÑO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO ENTREGADO	
			RECIPIENTE PLASTICO ATUBO HUMIFICADOR DESPUNTE 1		Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No
					Si	No

DETALLES ADICIONALES (LLENADO POR TÉCNICO)

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO GENERADOR DE SERVICIO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 98%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	26061	65	75	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS de SICLOS
FUGA EN LA MANILLA DTUBO REFRIGERACION
PUREZA X 75

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit VALVULAS Jesicios	1		Kit M ATubo REFRIGERACION	1
	Kit TANQUE OXIGENO	1		TAMIZES	2
	Kit M TAMIZES	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LO-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	
5	Activación de valvula de alivio	Obturar manguera de salida de aire de compresor	
7	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (92% - 98%)	FLUJOMETRO (5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-NO)	OBSERVACIONES
	26063	66	93	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: