

Fecha Remisión: 10-01-24 Remitido a: Auxiliar Mantenimiento **JONIERA AROBICIO** No. Orden:

Código Equipo: **NV-4087B** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FILTRO LACTEAL					

Ej. Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES		
					Descripción			NEULLAS	FILTROS	SALAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			
					Pls	Fls	Fls a P				BASE (01-02)	BASE (03-04)	BASE (05-06)				
16056	66	94	51	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	51	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Gener. Alarma		No	Si	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala				
2. RUIDO EXTRAÑO		Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala				
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS de SICLOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pls S.S. V	Verifica estado de la pila	
2	Prueba de fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otra:		
7	Otra:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1		KIT VALVULAS de SICLOS	1
	KIT TANQUES	1		KIT MANGERA TUBO REFRIGERACION	1
	KIT TANQUE de oxígeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pls = 0 (Cable succionado)	Se verifica activación de alarma (S1 - L0 - E0)	
2	Fuga Maneta	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y S1-L0-E0)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión rápida de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de gases	Chequear manguera de salida de gas al compresor	
6	Otra:		
7	Otra:		
8	Otra:		

Ej. Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Descripción			NEULLAS	FILTROS	SALAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS		
					Pls	Fls	Fls a P				BASE (01-02)	BASE (03-04)	BASE (05-06)			
16057	66	93	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51	51	51	51	FINA MANTENIMIENTO