



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAD-MAUFR-028  
Versión 2 Fecha Actualización: 17/02/2016  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 10-01-24 Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: JONIER ADURALO No. Orden:

Código Equipo: NN-1335B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PROTECTOR DISPLAY DESPASTE				1	SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"				BASE (01-02)	MANEJA (03-04)	(SI/NO)		
	2054466	89	51	51	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	Mala					
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	PURRZA 89														
4. ESTADO DE LAS CONDICIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
JAM2PS		2		JUNTA HERMETICA ANILLOS	2
Kit JAM2PS		1		ALIAS COMPRESOR YUJUBE	1
Kit JAMVE ORIGINAL					

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Fajrains)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E2)	SI
2	Flejo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo) y (L1-L3-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activador alarma sonora	SI
4	Desconexión lejora de flejo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activador de vehículo de aire	Obtator manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			SEÑALES	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			BUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI/NO)	Pila (SI/NO)	"Flujo a 0"				BASE (01-02)	MANEJA (03-04)	(SI/NO)		
	20548	66	95	1	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO	