ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	11-01-24	Remisión #		Auxiliar Mantenimiento	Javier Angelo		No. Orden	

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN-4666 B	Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

NOVEDADES REPORTADAS POR EL CLIENTE O OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID REPORTE	REPUESTA CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

OBSERVACIONES ADICIONALES DADAS POR EL CLIENTE

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (0 - 5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LD-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
	15059	6.6	75.4	5	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No.		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	PUREZA ~ 75												
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO DE AIRE	1		TAMIZES	2
	KIT M-TAMIZES	1			
	KIT TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LD-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Obturar manguera de salida de aire se comprime	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (91% - 99%)	FLUJOMETRO (0-5 Lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI - No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LI-LD-ES)	REJILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI - No)	OBSERVACIONES
15	06466		95.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO