ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAS-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 12-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIPA ADVINCULA | No. Orden:

Codigo Equipo: P0180400000049 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	DIAG	CAUSA	DESCRIPCION	CANTIDAD	REPARA			
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	
						SI		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-SI)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	MANIJA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	84607.4	925	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Rotómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexion electrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexion tarjeta de flujo	Desconecte linea electrica	SI
5	Activación de valvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	Pila (5l-Min)	"Flujo a 0" (LO-SI)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	MANIJA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	84792.3	926	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

FIRMA MANTENIMIENTO: