OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código GAD-MAN-FR-009
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión	15-01-24	Remisión #		Javier Arguello	No. Orden	
Código Equipo	NN- 77B	Fecha inicio			Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO |

FALLA	DAÑO			Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN			PRUEBAS DE ALARMA							CICLO DE BARRAS		FUGAS	OBSERVACIONES
24585	6-6 941	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

1. CICLADO

2. RUIDO EXTRAÑO | Si | No | 3. ESTADO DE MANTENIMIENTO | Bueno | Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: FUGA EN VALVULAS de SICIOS
LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES

No.	Prueba	Resultado
1		SI
2		SI
3		SI
4		SI
5		SI
	Otros	
	Otros	

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	DESCRIPCIÓN	CANT
	Kit M-TAMIZES	1	FILTRO INTERNO deAIRE	1
	Kit TANQUE OXIGENO	1		

No.	Prueba / Simulación		Resultado
1	Flujo = 5 (Litros/minuto)		SI
2			SI
3			SI
4			SI
5			SI
	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO				PRUEBAS DE ALARMA						OBSERVACIONES
24587	64 94.1	SI	SI	SI	ES SI	SI	SI	SI	SI	SI	