OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-008
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión	K-01-24	Responsable	Jonier Agudelo	No. Orden	
Código Equipo	NN-1279B	Fecha Inicio		Fecha Fin	

EQUIPO CONTAMINADO POR PELIGRO PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO ALISTAMIENTO	FECHA FIN ALISTAMIENTO	

FALLA	DAÑO	ELIM.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO			
			PROCTOR DIPIAX DESSATC	1	Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	
					Si		No	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	RUIDO	FUG. CIRCUITO	PRUEBAS DE ALARMA							PRUEBA DE BARRAS		BOQUILLA	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(K-7 PSI)	(DB-dBA)	(Amp)	Comunicación	Pito	Luz							(Si/No)	
	13462	65	953	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de ciclado

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno | Malo | 4. ESTADO DE REFRIGERACIÓN: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Correcto | Incorrecto

No.	Prueba		Resultado
1	Zona Fluida		SI
2	Presión de Fuga		SI
3	Operación [illegible]		SI
4	Control de [illegible]		SI
5	Presión de [illegible]		SI
6	Otros		
	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	Kit M- TAMIZES	1
	Kit TANQUE OXIGENO	1

No.	Prueba / Inspección		Resultado
1	Flujo + D (Certificación)		SI
2	[illegible]		SI
3	[illegible]		SI
4	Desconexión [illegible]		SI
5	Activación [illegible]		SI
6	Otros		
	Otros		

En Remisión	HORÓMETRO	PRESIÓN	RUIDO	FUG. CIRCUITO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
	(Hrs)	(K-7 PSI)	(DB-dBA)	(Amp)	Comunicación	Pito	Luz							(Si/No)	
	13467	64	952	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		