



# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
 DAC-MA-MF-028  
 Versión 2 Fecha Actualización: 11/10/2016  
 Página 1 de 2

Fecha Remisión: **16-01-24** Revisado a:  Auxiliar Mantenimiento: **JAVIER AGUDELO** No. Orden:

Código Equipo: **NN-1095B** Fecha Inicio:  Hora Inicio Labor:  Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES	
					Desconexión			BUCELAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			
					(P-1)	(P-2)	(P-3)				(B-1)	(B-2)	(B-3)		(R-1)		(R-2)
	3167166	948	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	Cual?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUJA EN LA MANGERA ATUBO REFRIGERACION FUJA EN VALVULAS de SICIOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA			Bueno	Con Sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudó o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M. TAMBORES	1		FILTRO DE AIRE INTERNO	1
	Kit M. TAMBORE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga #2 (Clara Rubro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y L1-L2-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lenta de fuga	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Ocultar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA											OBSERVACIONES	
					Desconexión			BUCELAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS			
					(P-1)	(P-2)	(P-3)				(B-1)	(B-2)	(B-3)		(R-1)		(R-2)
	3167564942	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO