



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-AMN-FR-008
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 3	

Fecha Remisión: **17-01-24** Remisión a: **Janice Agudelo** Apólar Mantenimiento: **Janice Agudelo** No. Orden:

Código Equipo: **2020080000171A** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE RILASA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FUELOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEODAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS	FILTROS	VALVE				BASE		
					20-10	20-11	20-12	20-13	20-14	20-15							20-16	20-17	20-18
	1800	65	955	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma			No		SI				Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno		Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Limpieza General																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena			Con Sobrecalentamiento								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama Fuera del)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Ocultar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FUELOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEODAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión			"Flujo a 0"			REJILLAS	FILTROS	VALVE				BASE		
					20-10	20-11	20-12	20-13	20-14	20-15							20-16	20-17	20-18
	1804	64	953	SI	SI	SI	FS	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

FIRMA MANTENIMIENTO