

Fecha Realización: **17-01-24** Remisión a: Auxiliar Mantenimiento: **JONIER AGUDELO** No. Orden:

Código Equipo: **7F55E2019070053** Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
REJILLA CENTRAL DESGASTE				7	

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo e 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS					
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)
	6550	6.6	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: Genera Alarma: No Si Cuel?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI NO 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: **LIMPIEZA GENERAL**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO de Aire INTERNO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - L3 - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-L3-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de cierre	Obstruir manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DESGASTO	FILTROMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			"Flujo e 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS					
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)					(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)
	6553	6.3	948	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	PRIMA MANTENIMIENTO		