

Fecha Remisión: **17-01-24** Remisión #: **1701-24** Auxiliar Mantenimiento: **JONICER AROQUELO** No. Orden: **1701-24**

Código Equipo: **NV 383 B** Fecha Inicio: **17-01-24** Hora Inicio Labor: **08:00** Fecha Fin: **17-01-24**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PELIGRO		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
	FILTRO CENTRAL	FAL		7	SI
	FILTRO LACTEAL	FALTANTE		2	SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI
					SI

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	BUJÍAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS					
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)				(SI-NO)	
	4691266	66	94.2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				

1. CICLADO Tiempo de la prueba: **5** Generó Alarma: **No** Cuel? **SI**

2. RUIDO EXTRAÑO **SI** **No** **3. ESTADO DE MANGUERAS** **Buenas** **Malas** **4. SISTEMA DE REFRIGERACION** **Bueno** **Malo**

5. DAÑOS IDENTIFICADOS **FUGA EN VALVULAS RESERVUOS**

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES **7. CONTROL DE TEMPERATURA** **Buena** **Con Sobrecalentamiento**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	JUNTA HERMETICA ANILLO	2		FILTRO de Aire Intorno	1
	Kit M-TANQUES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión			Pila	"Flujo a 0"	BUJÍAS	FILTROS	VALVE	CÓDIGO DE BARRAS					
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)				(SI-NO)				(SI-NO)	
	4691666	66	92.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	TERMINA MANTENIMIENTO			