



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-FR-008
 Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remisión **18-0124** Remisión # **Jonica 19 JULO 10**
 Auxiliar Mantenimiento
 Código Equipo **WN-282B** Fecha Inicio **7** Hora Inicio Labor **7** Fecha Fin **7**
 No. Orden

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLUJO		SI	NO	FECHA/NICIO AISLAMIENTO	FECHA/FIN AISLAMIENTO
FILTRO CENTRAL				FAL	7
FILTRO LACTICA				FAL	7
ACOPLE PLASTICO A TUBO HUMIDIFICADOR					7

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	VOLUMEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a P" (SI-NO)	REGLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)					
6519	6-6	836	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Cero Alarm		No		Si		Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI NO		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Fuerte		Malo	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		REGULADOR DE PRECION MALO PUREZA 7.83-C													
5. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Sobrecalentamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M-TAMIZES	7		REGULADOR DE PRECION	7
	Kit TANQUE OXIGENO	7		TAMIZES	2

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Carga Subnormal)	Se verifica activación de alarmas (S1 - L1 - E1)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S1-L1-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alarm	Observa manguero de salida de aire de compresor	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORIZONTE	PRESION	VOLUMEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a P" (SI-NO)	REGLAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)				
6523	65952	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO