OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 3	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 18-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONIER ARUDELO | No. Orden:

Codigo Equipo: NN-2127B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

REMACHE POP				SI		No		
				SI		No		
				SI		No		
				SI		No		
				SI		No		
				SI		No		
				SI		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(93% - 98%)	(5l/4s)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-SE)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	16001	65	80	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: PUREZA 7.86

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	FILTRO INTERNO JEAIRE	1		TAMIZES	
	Kit M- TAMIZES	1			
	Kit TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidmatic)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SE)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonore (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión lamina de flujo	Desconecta linea oxigenos	SI
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
7	Otros:		
8	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS: BASE	MANIJA	RUEDAS	OBSERVACIONES
	(Hrs)	(5-7 PSI)	(93%- 98%)	(5l/4s)	(SI-No)	(SI-No)	(LO-ES)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)	(SI - NO)	(SI - NO)	(SI-No)	
	16003	65	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO