



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-PR-008
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: **19-01-24** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JANICA ADONCIO** No. Orden _____

Código Equipo: **NW-652** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE RLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Fuga o F" (SI-NO)			BARRAS	RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)			
	1240	65	85	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Gener. Alarma		No									
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas										
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		PUREZA % 85														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buenas	Con sobrecalentamiento											

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del desperfecto Identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M- TAMIZES	1		TAMIZES	2
	Kit TANQUE OXIGENO	1		JUNTA HERMETICA ANILLOS	2
				ALDMD SOLERA	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
-	Fuga = 0 (Cierre hidráulico)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E2)	SI
1	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L2-E2)	SI
2	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
3	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
4	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
5	Otro:		
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Fuga o F" (SI-NO)			BARRAS	RUELAS	CÓDIGO DE BARRAS			RUELAS
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)			(SI-NO)	(SI-NO)		
	1243	65	952	51	51	51	ES	51	51	51	51	51	51			

FIRMA MANTENIMIENTO: _____