ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo:	GAS-MAN-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 19-01-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICA AYUDEIO | No. Orden:

Codigo Equipo: NN28723 | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		
								Si		No		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S1 l/m)	FILTROS (S1 l/m)	BASE (S1 l/m)	CODIGO DE BARRAS: BASE (S1 - S2)	CODIGO DE BARRAS: MANGA (S1 - S2)	RUEDAS (S1 l/m)	OBSERVACIONES
	12663	6.6	95.2	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: SI | NO | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: LIMPIEZA GENERAL

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	S1
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	S1
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	S1
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	S1
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	S1
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit M- TAMIZES	7			
	Kit TANQUE OXIGENO	7			
	Kit M- VALVULAS DESCICOS	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	S1
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	S1
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	S1
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecte linea oximetria	S1
5	Activación de valvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire se comprueba	S1
6	Otros:		
7	Otros:		
	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (95% - 99%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (50 Hz)	Pila (50 Hz)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (S1 l/m)	FILTROS (S1 l/m)	BASE (S1 l/m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (S1 - S2)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (S1 - S2)	RUEDAS (S1 l/m)	OBSERVACIONES
	12662	6.5	95.2	S1	S1	S1	ES	S1	S1	S1	S1	S1	S1	

FIRMA MANTENIMIENTO: