



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión 3-07-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIA AVALOS No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo MW509B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLACA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: 0- FILTRO CENTRAL, 7.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
Limpieza General

Form with sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes handwritten notes like 'Cambio de switch de enserado y cambio de mangueras a tanque oxigeno'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Pruebas de funcionamiento (Eslado Pila, Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma) with results 'SI'.

Descripcion del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows: SWCH de enserado (7), Kit Tanque Oxigeno (7).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows 1-5: Pruebas de simulación (Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de valvula de alivio) with results 'SI'.

Form with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten values like 7827.66, 95.6, etc.