



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019 Página 1 de 2

Fecha Remisión: 6.07.24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: MONTAJE ASUJERO No. Orden: 11

IDENTIFICACION DEL EQUIPO Codigo Equipo: MW-570 B Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, HA REPORTADO, REPARADO CAMBIADO. Includes 'Si' and 'No' checkboxes.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE Limpieza GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 240476, 6769, 51, 1.00, etc.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5. V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: REGULADOR de presión 1, TAMIZES 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten values like 240486, 5956, 51, etc.