



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo GAD-MAN-FR-009  
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 8-07-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento JONIER AYUDELO No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo NMS8413 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: F, ACOPIE ROSCA A Tubo Humificador T, Si, No.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE  
Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 2340466, 9595, 5, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: 1. Estado Pila 5.5 V, 2. Prueba de Fugas, 3. Conexión eléctrica, 4. Conexión electrónica, 5. Prueba de alarma. Results are mostly 'SI'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Row: Kit Tanque Oxígeno, 7; Filtro de Aire Intercano, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujo = 0, Flujo Maximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten values like 2340666, 9595, 5, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.