



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 23-07-24 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: 10:00 Javier Agudelo No. Orden [ ]

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NN-44 78 B Fecha Inicio: 23-07-24 Hora Inicio Labor: 10:00 Fecha Fin: 23-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] FECHA INICIO AISLAMIENTO [ ] FECHA FIN AISLAMIENTO [ ]

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'SISTEMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE  
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
2403966946 SI SI ES SISI SISI SISI SISI SISI  
1. CICLADO OK Tiempo de la prueba 1:00 Generó Alarma No X Si Cual?  
2. RUIDO EXTRAÑO Si No X 3. ESTADO DE MANGUERAS Buenas X Malas 4. SISTEMA DE REFRIGERACION Bueno OK Malo  
5. DAÑOS IDENTIFICADOS Regulador de presión MALO  
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES OK 7. CONTROL DE TEMPERATURA Buena OK Con Sobrecalentamiento OK

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for voltage, leaks, electrical connections, and alarm sound.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes 'Regulador de presión T'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes simulation tests for alarm activation and flow.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES.  
2404066948 SI SI SI ES SISI SISI SISI SISI SISI FIRMA MANTENIMIENTO