



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO GAD-MAN-FR-009  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión 23-07-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO  
Codigo Equipo NN-514 B Fecha Inicio 23-07-24 Hora Inicio Labor 7:40 Fecha Fin 24-07-24

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO X FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUERTO O CAMBIADO. Rows include DT PROTECTOR DISPLAY (7), F FILTRO LACTEAL (2), F FILTRO CENTRAL (1).

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE  
Limpieza General

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and OK status.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, etc., with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes Kit TANQUE OXIGENO (7) and TAMIZES (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc., with results 'SI'.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and OK status.

2356966961

FIRMA MANTENIMIENTO