



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Version: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 31/05/24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: Javier Agudato No. Orden []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-400 B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALTA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUESTO CAMBIADO (SI, NO)

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: Limpieza general

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes like 'Ajuste de regulador de Presión'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for various equipment checks.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: Punta Hermetica anillos 2.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation test results.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten notes and 'FIRMA MANTENIMIENTO'.