



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 13-06-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONICA ADUDELO No. Orden: []

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-4489B Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, N. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Includes a vertical label 'AUTOM. REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO'.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE: LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 3844265, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, SI, L.0, MANGERA ROTAS FUGAS, OK, Buena, OK, Con Sobrecalentamiento OK.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, gas connection, electrical connection, electronic connection, and alarm test.

Descripción del diagnóstico identificado: []

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: Kit Tanque Oxígeno, 7.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for flow at 0, maximum flow, electrical disconnection, flow disconnection, and valve activation.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 3844866, 956, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.