



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: GAD-MAN-FR-009
Versión: 2
Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14-06-24
Remisión #
Auxiliar Mantenimiento: JUNIER AYOUCIO
No. Orden

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: MW-4055B
Fecha Inicio
Hora Inicio Labor
Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI
NO
FECHA INICIO AISLAMIENTO
FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLO, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, NO. REPORTES, REUESTO CAMBIADO. Includes rows for Si/No status.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
Limpieza General

Main diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 27018 and various test results.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', etc.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry for 'VALVULA de ciclos Regulador de presión'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Maximo', etc.

Bottom diagnostic table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for 27019.