



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo GAD-MAN-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 14-08-24 Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento [] No. Orden []

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
Codigo Equipo: NN-16503 Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [] NO [] FECHA INICIO AISLAMIENTO [] FECHA FIN AISLAMIENTO []

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Row 1: D - Acople Plastico Tablero A Tubo Humificador 7

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE
Limpieza General

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests and components.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various diagnostic tests and their results.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists materials used like KIT TANQUE OXIGENO and TAMIZES.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests and their results.

En Mantenimiento: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO.