



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: CAD-MAN-FR-003
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-06-24 Remisión #: Auxiliar Mantenimiento: JONIERA AYDREO No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: NN-4123 B Fecha Inicio: Hora Inicio Labor: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, etc. Includes a vertical label 'NIVEL DE MANTENIMIENTO O OPERADOR DE SERVICIO' on the left.

DETALLES ADICIONALES POR PACIENTE
LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 11942, 6.4, 94.6, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for Pila 5.5-V, Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes handwritten entry: KIT TAMBURO oxígeno 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, etc.

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, FIRMA MANTENIMIENTO. Includes handwritten data: 11943, 6.4, 95.0, SI, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.