OxiPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión: 17-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: Javier Ayudelo

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-1207B | Fecha Inicio: | Fecha Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALTA	DAÑO	CLASE DE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPUESTO	OBSERVACIONES
			D - PROCTETOR DISPLAY	7		

OBSERVACIONES DE RECIBO

Limpieza General

ESTADO DEL EQUIPO EN MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	CAUDAL (50% - 80%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pito (SI-No)	"Flujo a 0" (LOES)	FILTROS (SI-No)	SELLOS (SI-No)	VÁLVULA (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	24176	66	95-4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK — Hora de la prueba: 3:00 — Alarma: X

2. RUIDO EXTRAÑO: SI [ ] NO [X] — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno [X] Malas [ ] — 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno OK Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: REGULADOR de PRECION MALO

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — Tuberías: OK — Conexiones: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba Pito a 5 M	Verificar que el pito suene a 5 metros	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión hermética del acrílico	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión hermética	Se verifica conexión hermética de todas las tuberías	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido de alarma de alta y baja	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	REGULADOR de PRECION	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma virtual y [illegible]	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma virtual y [illegible]	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación de alarma	SI
4	Desconexión hermética de flujo	Desconexión de alarma	SI
5	Activación de válvula de alivio	Disminución de flujo [illegible]	SI
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6-7 PSI)	CAUDAL (50% - 80%)	FLUJÓMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pito (SI-No)	"Flujo a 0" (LOES)	SELLOS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	VÁLVULA (SI-No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	241796	5	96-2	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIRMA (MANTENIMIENTO)