



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Forma 01  
Código: ORDENMAN-FR-001  
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 1706-24 Remisión # Auxiliar Mantenimiento: JONIER A. J. DIO No. Orden

IDENTIFICACION DE EQUIPO  
Codigo Equipo: NN-3833 B Fecha Inicio: Hora Inicio: Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCION, CANTIDAD, ID. REPORTE, PROBLEMA. Includes a vertical label 'MARQUE SU ESTADO CON UN CIRCULO O UN CUADRADO'.

Limpieza General

Main inspection form with sections: 1. CICLADO (OK), 2. RUIDO EXTRAÑO (X), 3. ESTADO DE MANGUERAS (Buenas, X), 4. SISTEMA DE REFRIGERACION (Bueno, OK), 5. DAÑOS IDENTIFICADOS, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES (OK), 7. CONTROL DE TEMPERATURA (Bueno, OK).

Table with columns: No, Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'SI'.

Descripción del diagnóstico Identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists 'FILTRO de AIRE' and 'PILA' with quantity 7.

Table with columns: No, Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo = 0', 'Flujo Máximo', 'Desconexión eléctrica', etc.

Bottom section of the form with columns: HIGROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, FILTROS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS. Includes handwritten data: 189576-S 96.45, SI, SI, ES, SI, SI, SI, SI, SI, SI.