



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Version 2.0
Fecha de Emisión: 17/06/19
Página 1 de 2

Fecha Remisión: **17-06-24** Remisión # [] Auxiliar Mantenimiento: **Janiera Ayudelo** No. Orden: []

Código Equipo: **NN-1996B** Fecha Inicio: [] Hora Inicio Labor: [] Fecha Fin: []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: [] FECHA FIN AISLAMIENTO: []

FALTA	RANGO	CLASIFICACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN
		F- FILTRO CENTRAL		7

DETALLE DE ADICIONALES POR PRESENTAR: **LIMPIEZA GENERAL**

En Mantenimiento	CROMOMETRO	FUSIÓN	CYLINDRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
3023066	95.9	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CILINDRO	OK		3:00					X						
2. RUIDO EXTRAÑO								X						OK
5. DAÑOS IDENTIFICADOS														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	OK													OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Prueba de Estorno Pila 5.5 V	Se verifica el funcionamiento de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica la ausencia de fugas de agua	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión mecánica	Se verifican las conexiones mecánicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica el sonido de la alarma de alarma	SI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
--------	-------------	-------	--------	-------------	-------

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarma (L1, L2, L3)	SI
2	Filtro de agua	Se verifica activación de alarma visual (sonido L1, L2, L3)	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión mecánica	Se verifican las conexiones mecánicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica el sonido de la alarma de alarma	SI

En Mantenimiento	CROMOMETRO	FUSIÓN	CYLINDRO	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTRO	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)	Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)				BASE (SI-NO)	MANEJA (SI-NO)		
30233	65.958	SI	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI		

(30233)