OxyPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Codigo: EXCLUSIVO SIS
Version: 3 | Fecha Actualizacion: 17/11/2023
Pagina 1 de 2

Fecha Remisión: 17-06-24 | Remisión #: | Auxiliar Mantenimiento: JONICA AGUDELO | No. Orden:

DESCRIPCION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN-3775 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [ ] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	NO. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

REALIZADO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (5- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PERILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	20139	6-5	95%	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 1:00 | Genera Alarma: No X Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Sucia OK | 8. Sello contenedor: OK

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica nivel de carga de la	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica correcto funcionamiento del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si el agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo 0 (Cierre flujómetro)	Se valida activac[illegible]	SI
2	Flujo Maximo	Se valida activacion de alarma [illegible] Flujo a "0" (LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activacion Alarma [illegible]	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconec[illegible]	SI
5	Activación de válvula de alivio	Observ[illegible]	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORIMETRO (Hrs)	PRESION (5- 7 PSI)	OXIGENO (93% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	Pila (SI-No)	"Flujo a 0" (LO-ES)	PERILLAS (SI - No)	FILTROS (SI - No)	BASE (SI - No)	CODIGO DE BARRAS: BASE (SI - NO)	CODIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	20140	66966	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO: