

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES										FORMA 0	
Fecha Remisión		Remisión #		Auxiliar Mantenimiento		IDENTIFICACION DEL EQUIPO				No. Orden			
17-06-24				JONIER AYOBELO									
Codigo Equipo		Fecha Inicio		Hora Inicio Labor		Fecha Fin							
NN-4526B													
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA			SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO				
DETALLES ADICIONALES DEL EQUIPO													
LIMPIEZA GENERAL													
PRUEBAS DE ALARMA													
DESCONEXION		PILA		"Flujo a 0"		REJILLAS		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS			
(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)			
1825266946 S1		S1		S1		S1 S1		S1		S1 S1 S1			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3:00		Galería Alarma		No		X			
OK													
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION			
				X				X		OK			
						AJUSTE REGULADOR		DE PRECISION					
5. DATOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		OK											
7. CONTROLES DE TEMPERATURA		OK											
8. Estado de las Ruedas		OK											
PRUEBAS DE ALARMA													
DESCONEXION		PILA		"Flujo a 0"		REJILLAS		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS			
(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)			
1825266935 S1		S1		S1		S1 S1		S1		S1 S1			
1. Flujo = 0 (Cierre flujo)		Se verifica activacion de alarma		(L-L-E)		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		(L-L-E)			
										S1			
2. Flujo Máximo		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		(L-L-E)			
										S1			
3. Desconexión eléctrica		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		(L-L-E)			
										S1			
4. Desconexión tarjeta de flujo		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		(L-L-E)			
										S1			
5. Activación de válvula de alivio		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		Se verifica activacion de alarma		visual y sonora (L-L-E)		(L-L-E)			
										S1			
PRUEBAS DE ALARMA													
DESCONEXION		PILA		"Flujo a 0"		REJILLAS		FILTROS		CÓDIGO DE BARRAS			
(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)		(SI-NO)			
1825266935 S1		S1		S1		S1 S1		S1		S1 S1			
FIRMA MANTENIMIENTO													