OXIPro

# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: Código GAO-MAN-FR-009 | Versión 1 | Fecha Actualización 17/10/2019 | Página 1 de 2

| Fecha Remisión | 17-06-24 | Remisión # | | Auxiliar Mantenimiento | JONIER AGUDELO | No. Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

| Codigo Equipo | NN- 2472B | Fecha Inicio | | Hora Inicio Labor | | Fecha Fin | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

| FALLA | DAÑO | CLASE DAÑO | DESCRIPCION | CANTIDAD | ID. REPORTE | REPUESTO CANTIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | F | ACOPLE ROSCA A TUBO HUMIFICADOR | | | 7 | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | Si | No |
| | | | | | | | No |

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26451 | 6.5 | | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | |

1. CICLADO: OK — Tiempo de la prueba: 1:00 — Generó Alarma: No X — Si — Cuál?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si — No X — 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas — Malas X — 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK — Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK — 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena OK — Con Sobreconfortamiento OK

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila 5.5 V | [illegible] | SI |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | SI |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | SI |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | SI |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | SI |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnóstico identificado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kit TANQUE OXIGENO | 1 | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo = 0 (Cierre flujómetro) | Se verifica activación de alarmas (LL-LO-ES) | |
| 2 | Flujo Maximo | Se verifica activación de alarma visual y sonora o LED Rojo o LED amarillo (LL-LO-ES) | SI |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | SI |
| 4 | Desconexión tarjeta de flujo | Desconexión [illegible] | SI |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir mangueras de [illegible] | SI |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO (Hrs) | PRESION (6-7 PSI) | OXIGENO (90% - 99%) | FLUJOMETRO (SI-No) | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No) | Pila (SI-No) | "Flujo a 0" (LO-ES) | REJILLAS (SI-No) | FILTROS (SI-No) | BASE (SI-No) | CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO) | MANIJA (SI-NO) | RUEDAS (SI-No) | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26452 | 6.6 | 95.4 | SI | SI | SI | ES | SI | SI | SI | SI | SI | SI | FIRMA MANTENIMIENTO |