OxiPro	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO	
		Código	GAO-MAN-FR-009
		Versión: 2	Fecha Actualización: 17/05/2019
			Página 1 de 2

Fecha Remisión: 17-06-24 | Remisión #: | Apoyo Mantenimiento: JONICR AGUDELO | No. Folio:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN- 437 B | Fecha Inicio: | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin:

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO | FECHA INICIO AISLAMIENTO | FECHA FIN AISLAMIENTO

SINTOMA REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	ACCION	CANTID	REPER	REPUESTO CAMBIO	
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No
						Si	No

DETALLE ADICIONAL REALIZADO POR PACIENTE

LIMPIEZA GENERAL

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLOS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	28308	65	96-3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

1. CICLADO: OK | Tiempo de la prueba: 9100 | General Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Adecuado X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno OK | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS:

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: OK | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: resultado OK | Calibración(es) realizada(s): OK

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica activación de alarma del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica activación de alarma a fuente	SI
7	Otros		
	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	7			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fluidometro)	Se verifica activación de alarma (Rojo) y sonora (LED ROJO - LO-ES)	SI
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo - LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión de equipo	SI
5	Activación de valvula de alivio	Observaciones: Prueba realizada satisfactoriamente	SI
6	Otros		
	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESION (6- 7 PSI)	OXIGENO (90% - 99%)	FLUJOMETRO (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (SI-No)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	SELLOS (SI-No)	FILTROS (SI-No)	BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI-NO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI-NO)	RUEDAS (SI-No)	OBSERVACIONES
	28309	66	95-85	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO